参考資料

計 量 器 検 査 成 績 書

検査日	年　月　日	検査者	森　松文
使用者	○○○○株式会社○○工場	検査場所	○○室
製造者名	株式会社エー・アンド・デイ	使用区域	2区
型式番号	EK-3000i	検査事由	自主検査
品名	電子天秤	検査結果	適合
秤量	3000g	調整の有無	調整無
最小目盛	0.1g	使用分銅	2級実用基準分銅
器物番号	○○○○○○	判定基準	計量法、精度2級の公差相当

表す量	器差	公差	調整前
0g	±0.0g	±0.1g	
5g	±0.0g	±0.1g	
500g	±0.0g	±0.1g	
1000g	±0.0g	±0.2g	
1500g	±0.0g	±0.2g	
2000g	±0.0g	±0.2g	
2500g	±0.0g	±0.3g	
3000g	±0.0g	±0.3g	

偏置誤差

四隅(1000g)

±0.0g	±0.0g
±0.0g	
±0.0g	±0.0g

感量	良
零点変化	良
構造	良

表す量-真実値＝器差

株式会社テクノバランス
札幌市白石区菊水元町4条2丁目1番7号